

屏東榮民總醫院 設備交貨資料填寫說明

項次	表單名稱	說明(如圖示)
1	設備接收單	◎請填上案號、品名及數量、廠商名稱。 ◎設備接收單除出廠序號外，請先填好資料，印出後空白處蓋公司大小章。
2	保固書(請印二份)	◎請填上案號、品名(與合約或訂單相同)、交貨日期，印出後在公司資料旁蓋公司大小章。 ◎保固期及保固書日期請勿填寫。
3	財產增加單(請以橫式印三份)	◎請依照契約 品項交貨明細表 內容及金額填寫。 ◎表頭黃色格子請填上資料，格子不夠用請直接新增欄位。
4	繳交資料： 1. 進口報關單(含 關防印或繳稅證明)、 2. 原廠/出廠證明、3. QMS(GMP)/QSD許可登錄文件、醫療器材許可證 3. 契約封面及交貨明細影本(若尚未用印，請影印已校對合約版本) 4. 契約規定之其他應檢附之證明文件	
5	設備試用及性能測試報告表	設備試用報告表(15萬元以上)：僅填寫表頭其餘日期請勿填寫 性能測試表(15萬元以上)： ◎實物丈量之數字與契約規格功能需求相符合。 ◎佐證資料編列頁碼，並標示註明與性能測試表對應之項次。
6	1. 屏東榮總設備點交圖表1份 2. 成品照一式3份 (以上照片需彩色列印)	1. 設備未開箱及實品照片序號必需清晰 2. 可交貨後繳交

高雄榮民總醫院
財產增加單

：110年 月 日
： 字第 10220 號 第一聯

產編號	財產名稱	型號 生產序號	廠牌國別 或說明	來源 (廠商)	單位	數量	單價	總價	會計 科目
		ACCUNIQ BC720 AC000053-20 201120	SELVAS 韓國	有限公司	台	1	915,000	915,000-	
		SM000067- 2020112K	SELVAS 韓國	有限公司	台	1			
		HL-L2275DW E7832740N7 55781	BROTHER 越南	有限公司	台	1	5,000	5,000-	

契約規格功能需求	實物規格功能 (請勾選及填列實物丈量之數字，佐證資料請編列頁碼，並標示註明與本表對應之項次)
測量頻率：六頻生物電阻抗分析(1k、5k、50k、250k、550k、1000k)Hz。	<input checked="" type="checkbox"/> 經測試(丈量)結果：六頻生物電阻抗分析(1仟赫/5仟赫/50仟赫/250仟赫/550仟赫/1000仟赫)，符合契約規格需求。 <input checked="" type="checkbox"/> 經審視佐證資料頁次： 1 (如附件)，符合契約規格需求。 <input type="checkbox"/> 其他：

交貨當天請務必備齊列印上述文件1-4項。(15萬元以下需繳交1-5項)