

屏東榮民總醫院

保養維護計畫書應包含項目列表

項次	資料名稱	醫療儀器		
		低風險設備	中風險設備	高風險設備 ^{註1}
1	保養計畫書封面	✓	✓	✓
2	保固期間維護保養排程預定表	✓	✓	✓
3	空白「維護保養工單」	✓	✓	✓
4	一級保養程序表	✓	✓	✓
5	二級保養程序表		✓	
6	二、三級保養程序表			✓
7	校驗標準程序表	依設備種類需求		
8	原廠授權證明及工程師個人受訓合格證書			✓
9	電子檔資料	✓	✓	✓

註：

1. 本院高風險設備包含放射類(具游離輻射)設備、醫療器材風險等級為第三等級設備，另有電擊器、呼吸器、麻醉機、嬰兒保溫箱、人工心肺機、心肺血管繞道術溫度控制機。
1. 廠商設備於工務室完成查驗保養計畫書後，須依工務室規定檔案內容及格式製作設備維護管理電子表單 EXCEL 檔，上傳至工務智能管理系統，檔案內容含列表項目。
2. 定期保養：
 - (1)依保養計畫書設備預定保養日當日執行保養，非預設保養時間，無法保養。
 - (2)至設備現場掃描財產碼後再進行保養作業，並線上進行檢核表填寫。
 - (3)如有紙本工單，保養完成須拍照或掃描後須上傳系統，作為電子表單附件。
3. 保養作業配合本院建置智能維護系統，須將保養計畫書資料上傳，於系統上執行保養作業。保養執行悉以系統登錄作為履約管理依據，未於系統完成保養作業，至系統無法判定者，將視同未執行，依契約相關規定計罰，且應延長保固期及將未完成保養次數另訂時間完成。

屏東榮民總醫院

新購(租賃)醫療儀器合約保固期間

設備維護保養計畫書

採購案號：

履約標的：

使用單位：

廠商名稱：

(公司章)

屏東榮民總醫院

保固期間維護保養排程預定表

設備名稱：		採購案號：	
承攬廠商：		保養週期：	
期別	預定執行期間		備註
第 1 次	年	月 日	
第 2 次	年	月 日	
第 3 次	年	月 日	
第 4 次	年	月 日	
第 5 次	年	月 日	
第 6 次	年	月 日	
第 7 次	年	月 日	
第 8 次	年	月 日	
第 9 次	年	月 日	
第 10 次	年	月 日	
第 11 次	年	月 日	
第 12 次 (若列數不足，可 自行增列)	年	月 日	

註：配合本院建置智能維護系統，本保養排程預定表，於系統上執行保養作業。

屏東榮民總醫院

設備維護工程師受訓合格證明

(請自行增列工程師，並附上授權證明及個人受訓合格證書)