

自費特材說明書

高雄榮民總醫院

病患姓名：_____ 病歷號：_____

MF4695A1

品項名稱：_____ 史耐輝縫合錨釘

一	<p>費用： 請參考「全民健康保險病患自願付費同意書」所列。</p>					
二	<p>產品特性/使用原因： 全新螺紋設計，鎖入骨頭裡有更強的拉力度。 錨釘唯一使用高纖維寬帶縫線，提供更寬更多的接觸面積。 加入硫酸鈣成份讓病人術後骨質吸收更快更完整。</p> <p>使用硫酸鈣材質的中空可吸收錨釘，用於肩關節 Rotator Cuff 破裂時之縫合，適用於連接軟組織於肩及膝關節骨頭上之固定</p>					
三	<p>應注意事項： 可能影響縫合錨釘的固定效果者，例如：骨表面呈碎片狀、骨缺損空洞、供血情況不良</p>					
四	<p>副作用： 1. 縫線或軟組織縫合錨釘產生斷裂 2. 輕微發炎 3. 外來異物反應 4. 深層及淺層感染 5. 過敏反應</p>					
五	<p>自費品項與健保給付品項之療效比較：</p> <table border="1" data-bbox="123 1187 1330 1683"> <thead> <tr> <th data-bbox="123 1187 719 1285">自費品項</th> <th data-bbox="719 1187 1330 1285">健保品項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="123 1285 719 1683"> <p>為中空設計，相較於一般錨釘，體積減少，故術後置留人體內的植入物體積少很多。 使用 Ultratape 的材質更強且更優於其他同類產品，以及硫酸鈣材質可吸收對人體未來術後影響更低</p> </td> <td data-bbox="719 1285 1330 1683"> <p>鈦合金，會干擾 X-ray/MRI 的診斷，部分病人會對鈦金屬有過敏反應，重建手術難度較大，硬度高病人的接受程度較低</p> </td> </tr> </tbody> </table>		自費品項	健保品項	<p>為中空設計，相較於一般錨釘，體積減少，故術後置留人體內的植入物體積少很多。 使用 Ultratape 的材質更強且更優於其他同類產品，以及硫酸鈣材質可吸收對人體未來術後影響更低</p>	<p>鈦合金，會干擾 X-ray/MRI 的診斷，部分病人會對鈦金屬有過敏反應，重建手術難度較大，硬度高病人的接受程度較低</p>
自費品項	健保品項					
<p>為中空設計，相較於一般錨釘，體積減少，故術後置留人體內的植入物體積少很多。 使用 Ultratape 的材質更強且更優於其他同類產品，以及硫酸鈣材質可吸收對人體未來術後影響更低</p>	<p>鈦合金，會干擾 X-ray/MRI 的診斷，部分病人會對鈦金屬有過敏反應，重建手術難度較大，硬度高病人的接受程度較低</p>					

本人 家屬或法定代理人簽章：_____ 年____月____日