


病理組織檢體標籤 及封條使用示範



高雄榮民總醫院 病檢部

正確



檢體袋(罐)上需同時有病人之sticker與封條，封條需填寫檢體名稱、病人資料與加封者(醫師護理師缺一不可)之簽名。sticker與封條不互相重疊。

不正確


- 封條上未完整註明檢體部位、病人資料、加封者姓名與送檢日期，予以退件。
- 封條與sticker上之病人資料互相矛盾，予以退件。

不正確



檢體袋(罐)上只有病人sticker，但是沒有封條，予以退件。

不正確




病人sticker與封條重疊，予以退件。因為封條拆開後便無黏性，若此時檢體袋(罐)上又無病人sticker，將無法辨識檢體為何人所有。因此封條是無法取代病人sticker的。

不正確



檢體袋(罐)上封條有撕過的痕跡(出現黃色底之 OPEN VOID字樣)，予以退件。

不正確




檢體袋(罐)上用封條代替sticker，或封條沒有封住檢體袋(罐)口，予以退件。

不建議



兩個(以上)檢體罐共用一個封條，恐因運送途中晃動而造成封條不穩定、脫落露出黃色OPEN VOID字樣，造成無可避免之退件結果。

不建議



兩個(以上)檢體袋共用一個封條。恐因運送途中晃動而造成封條不穩定、脫落露出黃色OPEN VOID字樣，造成無可避免之退件結果。



病理組織檢體標籤及封條

- 料號7020571436
- 若使用上有任何問題，歡迎撥打院內分機詢問，謝謝您。
- 6305楊金旺先生
- 6301總醫師