

## 高雄榮民總醫院屏東分院自費特材說明書

病患姓名：\_\_\_\_\_ 病歷號：\_\_\_\_\_

院內代碼	T01B0013	廠商	鈦沅股份有限公司
品項名稱(中英文)	(中文)“銳能”非球面推注式人工水晶體 (英文)“Rayner” Aspheric Injectable Acrylic Lens Injection System		
醫療器材許可證字號	衛署醫器輸字第 018578 號	自費健保特材代碼	FALSNWAVE1RY
健保給付上限	2,744		
病患自付金額	25,090		
產品特性	360°加強方邊設計可創造物理性屏障避免上皮細胞的移入，以降低二次白內障的發生率。 非球面設計以減少球面像差。 可過濾紫外線。		
使用原因	減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質； 增加對比敏感度，提高夜間視力品質及夜間活動安全性。		
應注意事項	1.曾進行屈光雷射手術者；2.水晶體囊袋不完整者；3.青光眼、慢性葡萄膜炎、糖尿病視網膜等患者，需經醫師仔細評估後選擇適合的人工水晶體		
副作用	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出。		
與健保給付品項之療效比較說明	有矯治球面像差，可增加視覺靈敏度及提升影像品質；夜間視力較佳。		

說明醫師：\_\_\_\_\_

本人 家屬或法定代理人簽章：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 高雄榮民總醫院屏東分院自費特材說明書

病患姓名：\_\_\_\_\_ 病歷號：\_\_\_\_\_

院內代碼	T01B0090	廠商	鼎正儀器有限公司
品項名稱(中英文)	“眼力健”添視明單片型摺疊式人工水晶體 “AMO” TECNIS 1-piece Acrylic Intraocular Lens		
醫療器材許可證字號	衛署醫器輸字第 019321 號	自費健保特材代碼	FALSNWAVE4A2
健保給付上限	2,744 元		
病患自付金額	25,522 元		
產品特性	1)光學面與支撐腳接續處不中斷「連續方邊光學邊緣」有效預防二次白內障發生。 2)後推力學角設計:人工水晶體在眼內不易偏位/傾斜，術後度數迅速穩定。 3)鑽石冷凍切割製造，低閃輝液泡發生率，常保影像品質。 4)低色散材質，影像清晰。 5)雙凸鏡面設計，不易產生反光。 6)非球面設計，視力表現更佳。		
使用原因	非球面功能矯正球面像差，提升功能性視力，視力表現更佳		
應注意事項	1)眼罩保護眼睛。 2)勿搓揉眼睛。 3)勿朝開刀眼睛的一邊側睡。 4)勿提重物。 5)避免激烈運動。 6)勿使尖銳物品觸及眼睛。 7)陽光太強應戴墨鏡。 8)勿將洗臉水灑入眼睛。		
副作用	短期間內,僅有少數人(小於 5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況		
與健保給付品項之療效比較說明	提供遠視力。		

說明醫師：\_\_\_\_\_

本人 家屬或法定代理人簽章：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 高雄榮民總醫院屏東分院自費特材說明書

病患姓名：\_\_\_\_\_ 病歷號：\_\_\_\_\_

院內代碼	T01B0116	廠商	鼎正儀器有限公司
品項名稱(中英文)	“眼力健”添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 “AMO” Tecnis Toric 1-Piece Soft Acrylic Lens		
醫療器材許可證字號	衛署醫器輸字第 023156 號	自費健保特材代碼	FALSNT0RC1A2
健保給付上限	2,744 元		
病患自付金額	42,856 元		
產品特性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)光學面與支撐腳接續處不中斷「連續方邊光學邊緣」有效預防二次白內障發生。</li> <li>2)後推力學角設計:人工水晶體在眼內不易偏位/傾斜，術後度數迅速穩定。</li> <li>3)鑽石冷凍切割製造，低閃輝液泡發生率，常保影像品質。</li> <li>4)低色散材質，影像清晰。</li> <li>5)雙凸鏡面設計，不易產生反光。</li> <li>6)非球面設計，視力表現更佳。</li> <li>7)隨著散光型號，而有不同矯正角膜散光的度數。</li> </ol>		
使用原因	散光非球面功能矯正球面像差與角膜散光度數，可矯正角膜散光範圍:0.5D~5.0D，視力表現更佳。		
應注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)眼罩保護眼睛。</li> <li>2)勿搓揉眼睛。</li> <li>3)勿朝開刀眼睛的一邊側睡。</li> <li>4)勿提重物。</li> <li>5)避免激烈運動。</li> <li>6)勿使尖銳物品觸及眼睛。</li> <li>7)陽光太強應戴墨鏡。</li> <li>8)勿將洗臉水灑入眼睛開刀後近日內避免食用刺激性的食品。</li> </ol>		
副作用	短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況。		
與健保給付品項之療效比較說明	提供遠視力。		

說明醫師：\_\_\_\_\_

本人 家屬或法定代理人簽章：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 高雄榮民總醫院屏東分院自費特材說明書

病患姓名：\_\_\_\_\_ 病歷號：\_\_\_\_\_

院內代碼	T01B0117	廠商	鼎正儀器有限公司
品項名稱(中英文)	“眼力健”添視明單片型多焦點人工水晶體 “AMO” TECNIS Multifocal 1-piece Intraocular Lens		
醫療器材許可證字號	衛署醫器輸字第 021060 號	自費健保特材代碼	FALSNMULT3A2
健保給付上限	2,744 元		
病患自付金額	55,937 元		
產品特性	1)光學面與支撐腳接續處不中斷「連續方邊光學邊緣」有效預防二次白內障發生。 2)後推力學角設計:人工水晶體在眼內不易偏位/傾斜，術後度數迅速穩定。 3)鑽石冷凍切割製造，低閃輝液泡發生率，常保影像品質。 4)低色散材質，影像清晰。 5)雙凸鏡面設計，不易產生反光。 6)非球面設計，視力表現更佳。 7)後表面全光學面繞射圈設計使病患擁有全天候多焦的效果，遠、近視力不受瞳孔大小（光線的暗或亮）影響。 8)附加度數(Add power): +4 D , +2.75 D。		
使用原因	多焦非球面功能矯正球面像差且能達到同時看遠,看近或看遠,看中距離的術後效果。		
應注意事項	1)眼罩保護眼睛。 2)勿搓揉眼睛。 3)勿朝開刀眼睛的一邊側睡。 4)勿提重物。 5)避免激烈運動。 6)勿使尖銳物品觸及眼睛。 7)陽光太強應戴墨鏡。 8)勿將洗臉水灑入眼睛。 9)開刀後近日內避免食用刺激性的食品。		
副作用	短期間內,僅有少數人(小於 5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況。		
與健保給付品項之療效比較說明	提供個別中，近距離視力與遠視力要求。		

說明醫師：\_\_\_\_\_

本人 家屬或法定代理人簽章：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 高雄榮民總醫院屏東分院自費特材說明書

病患姓名：\_\_\_\_\_ 病歷號：\_\_\_\_\_

院內代碼	T01B0119	廠商	鼎正儀器有限公司
品項名稱(中英文)	“眼力健”添視明新視延單片型人工水晶體 “AMO” Tecnis Symphony Extended Range of Vision 1-Piece IOL		
醫療器材許可證字號	衛部醫器輸字第 026948 號	自費健保特材代碼	FALSNSERV1A2
健保給付上限	2,744 元		
病患自付金額	74,056 元		
產品特性	1)光學面與支撐腳接續處不中斷「連續方邊光學邊緣」有效預防二次白內障發生。 2)後推力學角設計:人工水晶體在眼內不易偏位/傾斜，術後度數迅速穩定。 3)鑽石冷凍切割製造，低閃輝液泡發生率，常保影像品質。 4)低色散材質，影像清晰。 5)雙凸鏡面設計，不易產生反光。 6)非球面設計，視力表現更佳。 7)適用於提供連續性範圍內的高品質視力，而不降低遠視力，甚至在低對比度情況下的遠視力。		
使用原因	新視延全焦段非球面功能矯正球面像差且能達到術後可獲得連續範圍內包括遠，中，近距離的有效視力。		
應注意事項	眼罩保護眼睛。 勿搓揉眼睛。 勿朝開刀眼睛的一邊側睡。 勿提重物。 避免激烈運動。 勿使尖銳物品觸及眼睛。 陽光太強應戴墨鏡。 勿將洗臉水灑入眼睛。 開刀後近日內避免食用刺激性的食品。		
副作用	短期間內，僅有少數人(小於 5%)，則可能會在晚上有輕微光暈等狀況。		
與健保給付品項之療效比較說明	提供無間斷近，中距離視力與遠視力。		

說明醫師：\_\_\_\_\_

本人 家屬或法定代理人簽章：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_