


## 高雄榮總臺南分院 眼科 自費人工水晶體品項及價目表

| 自費人工水晶體廠牌/種類 | 愛爾康/非球面多焦點散光矯正人工水晶體  | 愛爾康/多焦點抗老花人工水晶體   | 愛爾康/散光片軟式人工水晶體   | 愛爾康/博士倫非球面軟式人工水晶體   | 眼力健/非球面軟式人工水晶體  | 愛爾康/單片型摺疊人工水晶體  | 硬式人工水晶體 (不可摺疊)                      |
|--------------|--|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
|              |             |  |  |  |  |  | 本院不使用                               |
| 功能           | 多焦點使病患擁有極佳的遠、中、近距離的視力，較適合生活型態仍需要閱讀、縫紉的病患。另外又能矯正散光，減低術後對散光眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。並為老年駕駛提供一個安全的夜間駕駛保障。 | 可以有效減低球面像差，提昇功能性視力，並為老年駕駛提供一個安全的夜間駕駛保障。多焦點使病患擁有極佳的遠、中、近距離的視力，較適合生活型態仍需要閱讀、縫紉的病患。  | 環狀曲面設計，用於矯正散光，減低術後對散光眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。(非球面設計獨特散光軸識別設計，幫助校準，減少偏位)                     | 表面以非球面設計，減少影像扭曲變形，提升術後視覺品質。喜愛戶外活動者或常於清晨與夜間活動的人是最佳的選擇。                               | 具有非球面前後表面，這些表面不會造成球面像差對於容易畏光或視力要求高，喜愛戶外活動或常於清晨與夜間活動的人是最佳的選擇。                        | 本身材質具有抗紫外線功能，材質生物相容性與穩定性高。二次白內障發生率低。搭配最新注射式植入法不需縫合，術後恢復快速傷口小、恢復快。                   | 不可被摺疊後植入，所需手術傷口最大，術後需縫2~3針傷口最大、恢復慢。 |
| 售價           | \$89,956   | \$51,316  | \$40,938   | \$22,516  | \$21,748  | 健保給付中最高等級   | 健保給付                                |

高雄榮總臺南分院眼科進用「部分給付特殊功能人工水晶體」品項表

| 項次 | 特材代碼             | 特材品名  | 廠牌             | 醫療院所自費<br>單價(A) | 健保部<br>分給付<br>價格(B) | 保險對象負擔<br>費用 |
|----|------------------|---|----------------|-----------------|---------------------|--------------|
|    |                  |   |                |                 |                     | C=(A-B)      |
| 1  | FALSNWAV<br>E2A1 | 可舒銳視妥智慧型非球面多<br>焦點散光軟式人工水晶體<br>(ART SND1T2.3.4.5) | 愛爾康<br>(ALCON) | 92,700          | 2,744               | 89,956       |
| 2  | FALSNMUL<br>T2A1 | 可舒銳視妥智慧型非球面多<br>焦點軟式人工水晶體<br>(RESTOR SN6AD2)      | 愛爾康<br>(ALCON) | 54,060          | 2,744               | 51,316       |
| 2  | FALSNTOR<br>C1A1 | 可舒妥瑞散光矯正單片型軟<br>式人工水晶體<br>(Toric SN60T3/4/5)      | 愛爾康<br>(ALCON) | 43,682          | 2,744               | 40,938       |
| 3  | FALSNWAV<br>E1A1 | 可舒愛視明非球面單片型人<br>工水晶體<br>(IQ SN60WF)               | 愛爾康<br>(ALCON) | 25,260          | 2,744               | 22,516       |
| 4  | FALSNWAV<br>E4A2 | 添視明非球面單片型人工水<br>晶體<br>(AMO Tecnis 1 ZCB00)        | 眼力健<br>(AMO)   | 24,492          | 2,744               | 21,748       |

## 高雄榮總臺南分院眼科進用「部分給付特殊功能人工水晶體」

| 人工水晶體       | 多焦點散光抗老花人工水晶體   | 多焦點抗老花人工水晶體   | 非球面人工水晶體  | 散光矯正人工水晶體   | 一般功能人工水晶體  |
|-------------|---|---|---|---|--|
| <b>特點</b>   | 1. 材料生物相容性佳，減少復發型白內障的比率。<br>2. 同時提供遠、中、近距離視力以及散光軸識別設計，幫助校準，減少偏位，減少術後仍需使用散光及老花眼鏡，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。 | 1. 材料生物相容性佳，減少復發型白內障的比率。<br>2. 同時提供遠、中、近距離視力，減少術後仍需使用老花眼鏡，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。 | 1. 材料生物相容性佳，減少復發型白內障的比率。<br>2. 非球面光學設計，可增加視覺敏銳度、減少夜間或光線不足時所產生的眩光。     | 1. 用於矯正散光，減低數對散光眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。<br>2. 非球面設計獨特散光軸識別設計，幫助校準，減少偏位。       | 1. 一般功能之人工水晶體具有良好之穩定性，於國內有長達二十年之使用經驗，足數百分之九十以上之白內障病患使用。<br>2. 特殊情況下（如水晶體後囊破裂、玻璃體切除等）亦有其使用之適應性及安全性。   |
| <b>副作用</b>  | 1. 與一般功能人工水晶體相同，但減少復發型白內障的比率。2. 手術中如有特殊情況，可能不適合植入而由醫師判斷改為植入一般功能人工水晶體。                                 | 1. 與一般功能人工水晶體相同，但減少復發型白內障的比率。2. 手術中如有特殊情況，可能不適合植入而由醫師判斷改為植入一般功能人工水晶體。           | 1. 與一般功能人工水晶體相同，但減少復發型白內障的比率。2. 手術中如有特殊情況，可能不適合植入而由醫師判斷改為植入一般功能人工水晶體。 | 1. 與一般功能人工水晶體相同，但減少復發型白內障的比率。2. 手術中如有特殊情況，可能不適合植入而由醫師判斷改為植入一般功能人工水晶體。 | 可能發生以下併發症，但機率不高：1. 麻醉相關：眼球後出血、眼球內出血、眼球破裂。2. 手術中：眼內出血、晶核移位。3. 手術後：眼內炎、角膜水腫、高眼壓、傷口癒合不良、視網膜水腫或剝離、人工水晶體移位、眼內殘留水晶體碎片等。4. 老花眼或雙眼度數不平衡。5. 復發型白內障。 |
| <b>禁忌症</b>  | 1. 與前述一般功能人工水晶體使用之禁忌症相同。<br>2. 視網膜病變或功能不佳者植入效果可能受影響，較不建議。   | 1. 與前述一般功能人工水晶體使用之禁忌症相同。2. 角膜散光大於150度者不建議使用。<br>3. 視網膜病變或功能不佳者植入效果可能受影響，較不建議。   | 1. 與前述一般功能人工水晶體使用之禁忌症相同。  | 1. 與前述一般功能人工水晶體使用之禁忌症相同。  | 1. 現存眼部感染症者。2. 全身性病變影響手術安全及傷口癒合(如血糖、血壓控制不良或凝血功能障礙者)。3. 其它情況主治醫師認定不適合者。   |
| <b>注意事項</b> | 1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。<br>2. 遵從醫囑用藥及按時回診，如有任何不適請及時就醫。  | 1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。<br>2. 遵從醫囑用藥及按時回診，如有任何不適請及時就醫。                              | 1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。<br>2. 遵從醫囑用藥及按時回診，如有任何不適請及時就醫。                    | 1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。<br>2. 遵從醫囑用藥及按時回診，如有任何不適請及時就醫。                    | 1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。<br>2. 遵從醫囑用藥及按時回診，如有任何不適請及時就醫。   |