

高雄榮總臺南分院眼科進用「部分給付特殊功能人工水晶體」

人工水晶體	多功能抗老花人工水晶體	多功能抗老花散光矯正人工水晶體	非球面軟式人工水晶體	散光矯正軟式人工水晶體	一般功能軟式人工水晶體
特點	1. 提供遠中近、遠中、遠近距離視力設計(確切功能依選用的型號設計為主), 幫助校準, 減少偏位, 減少術後仍需使用老花眼鏡, 改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1. 材料生物相容性佳, 減少復發型白內障的比率。 2. 同時提供遠、中、近距離視力, 減少術後仍需使用老花眼鏡, 改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1. 材料生物相容性佳, 減少復發型白內障的比率。 2. 非球面光學設計, 可增加視覺敏銳度、減少夜間或光線不足時所產生的眩光。	1. 用於矯正散光, 減低數對散光眼鏡的依賴, 提升術後視覺品質。 2. 非球面設計獨特散光軸識別設計, 幫助校準, 減少偏位。	1. 一般功能之人工水晶體具有良好之穩定性, 於國內有長達二十年之使用經驗, 足數百分之九十以上之白內障病患使用。 2. 特殊情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除等)亦有其使用之適應性及安全性。
副作用	1. 與一般功能人工水晶體相同, 但減少復發型白內障的比率。 2. 手術中如有特殊情況, 可能不適合植入而由醫師判斷改為植入一般功能人工水晶體。	1. 與一般功能人工水晶體相同, 但減少復發型白內障的比率。 2. 手術中如有特殊情況, 可能不適合植入而由醫師判斷改為植入一般功能人工水晶體。	1. 與一般功能人工水晶體相同, 但減少復發型白內障的比率。 2. 手術中如有特殊情況, 可能不適合植入而由醫師判斷改為植入一般功能人工水晶體。	1. 與一般功能人工水晶體相同, 但減少復發型白內障的比率。 2. 手術中如有特殊情況, 可能不適合植入而由醫師判斷改為植入一般功能人工水晶體。	可能發生以下併發症, 但機率不高: 1. 麻醉相關: 眼球後出血、眼球內出血、眼球破裂。 2. 手術中: 眼內出血、晶核移位。 3. 手術後: 眼內炎、角膜水腫、高眼壓、傷口癒合不良、視網膜水腫或剝離、人工水晶體移位、眼內殘留水晶體碎片等。 4. 老花眼或雙眼度數不平衡。
禁忌症	1. 現存眼部感染症者。 2. 全身性病變影響手術安全及傷口癒合(如血糖、血壓控制不良或凝血功能障礙者)。 3. 其它情況主治醫師認定不適合者。 4. 視網膜病變或功能不佳者植入效果可能受影響, 較不建議。	1. 現存眼部感染症者。 2. 全身性病變影響手術安全及傷口癒合(如血糖、血壓控制不良或凝血功能障礙者)。 3. 其它情況主治醫師認定不適合者。 4. 角膜散光大於150度者不建議使用。 5. 視網膜病變或功能不佳者植入效果可能受影響, 較不建議。	1. 現存眼部感染症者。 2. 全身性病變影響手術安全及傷口癒合(如血糖、血壓控制不良或凝血功能障礙者)。 3. 其它情況主治醫師認定不適合者。	1. 現存眼部感染症者。 2. 全身性病變影響手術安全及傷口癒合(如血糖、血壓控制不良或凝血功能障礙者)。 3. 其它情況主治醫師認定不適合者。	1. 現存眼部感染症者。 2. 全身性病變影響手術安全及傷口癒合(如血糖、血壓控制不良或凝血功能障礙者)。 3. 其它情況主治醫師認定不適合者。
注意事項	1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。 2. 遵從醫囑用藥及按時回診, 如有任何不適請及時就醫。	1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。 2. 遵從醫囑用藥及按時回診, 如有任何不適請及時就醫。	1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。 2. 遵從醫囑用藥及按時回診, 如有任何不適請及時就醫。	1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。 2. 遵從醫囑用藥及按時回診, 如有任何不適請及時就醫。	1. 術後注意保持眼部清潔及避免碰撞。 2. 遵從醫囑用藥及按時回診, 如有任何不適請及時就醫。