

品項名稱：曲克愛佛盧迅膽道支架系統-半覆膜及全覆膜

一	費用： 請參考「全民健康保險病患自願付費同意書」所列。					
二	產品特性/使用原因：緩和膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞之病況。					
三	應注意事項：1. 須配合內視鏡操做及適合的工作通道 2. 切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途 3. 支架放置需再放射線下執行。4. 放置支架後，不應採取其他方式治療，如化療或放射。					
四	副作用：1. 與逆行性胰膽管造影術相關的淺在併發症(但不限於)穿孔，對顯影劑或藥物的過敏反應 2. 支架兩端腫瘤過度生長 3. 腫瘤細胞向支架內生長等					
五	自費品項與健保給付品項之療效比較： <table border="1" data-bbox="145 1138 1348 1632"> <thead> <tr> <th data-bbox="145 1138 739 1236">自費品項</th> <th data-bbox="739 1138 1348 1236">健保品項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="145 1236 739 1632">                             1. 推送系統操作過程可重新收回定位，更準確預放之位置                              2. 不變形記憶金屬，延展性佳，支撐性良好。                              3. 前後兩端有黃金標示，加強顯影效果，安全性佳。                              4. 放置體內時間較長，擴張效果較佳，進而改善膽汁引流                         </td> <td data-bbox="739 1236 1348 1632">                             1. 為塑膠材質需定期每3個月定期更換                              2. 因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響。                         </td> </tr> </tbody> </table>		自費品項	健保品項	1. 推送系統操作過程可重新收回定位，更準確預放之位置 2. 不變形記憶金屬，延展性佳，支撐性良好。 3. 前後兩端有黃金標示，加強顯影效果，安全性佳。 4. 放置體內時間較長，擴張效果較佳，進而改善膽汁引流	1. 為塑膠材質需定期每3個月定期更換 2. 因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響。
自費品項	健保品項					
1. 推送系統操作過程可重新收回定位，更準確預放之位置 2. 不變形記憶金屬，延展性佳，支撐性良好。 3. 前後兩端有黃金標示，加強顯影效果，安全性佳。 4. 放置體內時間較長，擴張效果較佳，進而改善膽汁引流	1. 為塑膠材質需定期每3個月定期更換 2. 因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響。					

病患姓名： \_\_\_\_\_ 病歷號： \_\_\_\_\_

本人 家屬或法定代理人簽章： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日